

Název zakázky: **Dodávka vnitřního vybavení DD Police nad Metují  
– rekonstrukce a přístavba.**

Forma zadání: veřejná zakázka na dodávky dle §8 zákona, zadanou – otevřeným řízením - v souladu s ustanoveními § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

**Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle §49, zák. 137/2006Sb.**

Zadavatel veřejné zakázky č. [60038334](#) , Domov důchodců Police nad Metují, Na Sibiři čp. 149, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují , poskytuje na základě žádostí uchazečů následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

dle §49, odst.(1) , zák. 137/2006 Sb.

**Dotaz č.7)** prosím o písemnou odpověď na můj dotaz ohledně pečovatelských lůžek. Potřeboval bych od Vás specifikovat typ lůžka, který je požadován. A také jestli je možné variantní řešení?

*Odpověď:*

*V souladu s §44,odst.(9), zák. 137/2006Sb. nesmí technické podmínky obsahovat odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle §45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení*

*Jedná se o prvek interiéru ozn. PS1 – ve specifikaci jsou uvedeny základní technické parametry zejména dělení plochy, předprogramované důležité polohy (resuscitační poloha, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha), zdvih lůžka, polohování jednotlivých dílů, centrální ovládání, sklopné postranice s mezerou pro opuštění lůžka, centrální ovládání brzd, nosnost a matrace.*

*Výše uvedené parametry z hlediska zajištění pečovatelského komfortu jsou závazné (varianty se nepřipouští).*

*Z hlediska konstrukčního řešení (stabilní, sloupový a jednoduše čistitelný podvozek) jiné technické řešení je přípustné a nebude považováno za variantní řešení.*

*Technická specifikace pečovatelského lůžka bude uchazečem prokázána technickou dokumentací výrobce. Pokud uchazeč nepředloží požadované doklady zadavatel předpokládá, že dodávka bude plněna zcela v souladu se specifikací doloženou v PD pod ozn. PS1.*

V Polici nad Metují, dne 2009-12-22

Věra Kašíková  
ředitelka DD Police n.M